Università degli studi di Ferrara - CIAS - Centro ricerche inquinamento fisico chimico microbiologico Ambienti alta Sterilità Via Saragat, 13	Numero di accreditamento: **1767 L** Sede **A** Revisione: **0** Data: **26/06/2019** pag. **1** di **1** UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Aria di ambienti di lavoro/Workplace air

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	UNI EN 13098:2002 + ISO 21527-2:2008	
Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN 13098:2002 + UNI EN ISO 4833-2:2013/EC1:2014	

Aria di camere bianche ed ambienti controllati associati/Air of cleanrooms and associated controlled environments

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	UNI EN ISO 14698-1:2004 App A + ISO 21527-2:2008	
Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN ISO 14698-1:2004 App A + UNI EN ISO 4833-2:2013/EC1:2014	

Superfici di camere bianche ed ambienti controllati associati/Surface of cleanrooms and associated controlled environments

Denominazione della prova / Campi di prova	*Metodo di prova*	*O&I*
Lieviti/Yeasts, Muffe/Moulds	UNI EN ISO 14698-1:2004 App C + ISO 21527-2:2008	
Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN ISO 14698-1:2004 App C + UNI EN ISO 4833-2:2013/EC1:2014	

Legenda

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
EN = European Committee for Standardization
ISO = International Organization for Standardization

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco